




Behandling med Duodopa

Innhold

Hva er Duodopa og hva brukes det mot?	3	Praktisk informasjon	15
Hverdagen med Duodopa	4	- Oppbevaring av Duodopa	15
Hver morgen	6	- Vedlikehold av pompa	15
- Koble til medisinkassett	6	- På reise med Duodopa	16
- Slå på pompa og gi morgendose	7	Knappene på pompa	17
- Gi ekstradose	7	Pumpealarmer	18
Hver kveld	8	Bytte av batteri	20
- Stoppe pompa og koble fra medisinkassetten	8	Hva hvis effekten av behandlingen endres?	21
- Skylling av sondesystemet	9	Hva med bivirkninger?	21
Pleie av stomien	10	Hva med mat?	21
Dusj og svømming	11	Hva hvis det tas for mye Duodopa?	22
Hjelpemidler	12	Hva skjer hvis pasienten glemmer å ta Duodopa?	22
Annet utstyr	14	Utvalgt sikkerhets- og produktinformasjon	23



Medisinsk utstyr



Det medisinske utstyret består av en CADD-Legacy pumpe (A), en medisinkassett (B), en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG-sonde) (C) som går til magen og en intestinalsonde (D).

Hva er Duodopa og hva brukes det mot?

Duodopa tilhører en gruppe legemidler for behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

Duodopa er en kombinasjon av levodopa og karbidopa (forhold 4:1) i en gel som tilføres kontinuerlig gjennom dagen fra en pumpe og til tynntarmen ved hjelp av et sondesystem. Dette betyr at medisinkonsentrasjonen i blodet blir jevnere og reduserer de motoriske fluktasjonene og minsker "Off"-tiden hos pasienter med fremskreden Parkinsons sykdom som har fått tablettbehandling med levodopa/dekarboksylasehemmer i mange år.

Levodopa er en metabolsk forløper til dopamin som lindrer symptomer ved Parkinsons sykdom etter dekarboksylering til dopamin i hjernen. Karbidopa er et hjelpestoff som hindrer nedbrytning av levodopa før den når hjernen og det fører til at mere levodopa blir gjort tilgjengelig som dopamin i hjernen.

Hverdagen med Duodopa

Oppstart, dosejustering og behandlingsvarighet avgjøres i samarbeid med en nevrolog. Pumpa er forhåndsinnstilt og den totale døgndosen av Duodopa består av tre individuelt innstilte doser: bolusdoser om morgenen, kontinuerlig vedlikeholdsdose og ekstra bolusdoser administrert i løpet av ca. 16 timer.

Behandlingen administreres vanligvis i løpet av tidsrommet hvor pasienten er våken. Dersom medisinsk begrunnet kan Duodopa administreres i opptil 24 timer. Når pumpa stoppes, vil nivået av levodopa i blodet synke.

Dosering

Duodopa bør i starten gis som monoterapi. Ved behov kan andre legemidler mot Parkinsons sykdom tas samtidig.

Morgendose

Bolusdosen om morgenen administreres med pumpen for raskt å komme opp i terapeutisk dosenivå (innen 10-30 minutter). Dosen baseres på pasientens tidligere morgeninntak av levodopa + volumet til å

fylle sonden. Total morgendose er vanligvis 5-10 ml, tilsvarende 100-200 mg levodopa. Total morgendose bør ikke overskride 15 ml (300 mg levodopa).

Kontinuerlig vedlikeholdsdose

Vedlikeholdsdosen er justerbar i trinn på 2 mg/time (0,1 ml/time).

Dosen beregnes ut fra pasientens tidligere daglig inntak av levodopa. Dersom tilleggsmedisiner seponeres bør Duodopa-dosen justeres. Den kontinuerlige vedlikeholdsdosen tilpasses individuelt og bør holdes i intervallet 1-10 ml/time (20-200 mg levodopa/time). Er vanligvis 2-6 ml/time (40-120 mg levodopa/time). Max anbefalt dose er 200 ml. I svært sjeldne tilfeller kan høyere dose være nødvendig.

Ekstra bolusdoser

Gis ved behov hvis pasienten er hypokinetisk i løpet av dagen. Ekstradosene tilpasses individuelt, vanligvis 0,5-2,0 ml. I sjeldne tilfeller kan høyere doser være nødvendig. Hvis behovet for ekstradoser er mer enn fem ganger per dag bør vedlikeholdsdosen økes. Etter innledende doseinnstilling bør

bolusdosen om morgenen, vedlikeholdsdosen og ekstra bolusdoser finjusteres over noen få uker.

Stell av stomi

Stomien må stelles og hele sondesystemet må skylles for å unngå noen kjente komplikasjoner. Tette sonder, sår hud og lekkasje er kjente komplikasjoner som man kan unngå ved å være nøye med de daglige rutinene.

Husk

Ta kontakt med **AbbVie Support** eller gå inn på **Duodopa.no** hvis du er usikker på rutinene, eller opplever komplikasjoner du er usikker på.

Kort fortalt består de daglige rutinene av:

- å koble medisinkassetten på pumpa
- starte pumpa om morgenen og gi morgendosen
- gi ekstradoser ved behov i løpet av dagen
- stoppe pumpa om kvelden og koble medisinkassetten fra pumpa

Skylling av sondesystemet er svært viktig for å unngå tett sonde og alarm fra pumpa, og dette skal utføres daglig. Dette kan du lese mer om på side 9.

Hver morgen

Koble til medisinkassett

Ved døgnbehandling (24 timers behandling) følg egen prosedyre fra sykehuset.

1

Ved dagbehandling: Klargjør pumpen ved å koble til ny medisinkassett. Dette kan om ønskelig klargjøres kvelden før da medisinkassetten er holdbar i 24 timer i romtemperatur.

2



Fest krokene på kassetten i pumpens opphengingstapper.

3




Press kassetten inntil pumpa, eller sett pumpa på et stødig underlag og hold kassetten på plass.

4




Stikk en mynt i kassettlåsen. Trykk inn og dreid den mot urviseren inntil streken på låsen reguleres med pila på siden av pumpen.

5



Plasser pumpa i bærestyret. Fjern den røde beskyttelseshetten fra kassettslangen og sørg for at alle klemmer er åpne. Ta på bærestyret med pumpa.

6



Kassettslangen kobles til sonden. Det er viktig at du vrir på kassettslangen og ikke sondekoblingen når du skrur dem sammen.

Referanser: Duodopa SPC, avsnitt 6.3, sist godkjent 27.10.2023. Operatørmanual for CADD-Legacy Duodopa Pumpe, juli 2018. Utover dette er informasjonen basert på klinisk erfaring og er kun en anbefaling.

Slå på pumpa og gi morgendose

Ved døgnbehandling (24 timers behandling) følg egen prosedyre fra sykehuset.



7



For å slå på pumpa holder du inne **PÅ/AV**-knappen til tekst vises i displayet.

Når pumpa er på går den igjennom en selvtest. Dette tar ca. 30 sekunder.

Det står nå **STOPPET** i displayet. Pumpa er ikke i gang og gir ikke medisin.

Gi ekstradose

10



8



For å starte pumpen holder du inne **START/STOPP**-knappen. Pumpen starter og 3 sett med bindestreker vises på skjermen. Deretter forsvinner bindestrekene en etter en, hvert med et enkelt bipp.

Det står nå INF i displayet, og det betyr at pumpa er i gang og gir den kontinuerlige dosen.

9



Trykk **MORGENDOSE TO** ganger for å tilføre morgendosen. Pumpa teller trinnvis ned i ml etterhvert som dosen gis. Etter at morgendosen er gitt, vises igjen **INF** i displayet, og pumpa gir automatisk den kontinuerlige dosen.

I løpet av dagen kan det være behov for en ekstradose, trykk **EN** gang på **EKSTRADOSE**. **BOLUS** vises i displayet når ekstradosen gis. Etter at ekstradosen er gitt vil **INF** vises i displayet og pumpa gir igjen den kontinuerlige dosen. Konferer og avklar med lege om det skal gis ekstradoser eller ikke.

Referanser: Operatørmanual for CADD-Legacy Duodopa Pumpe, juli 2018.

Hver kveld

Stoppe pumpa og koble fra medisinkassetten



1



Du stopper medisineringen ved å holde inne **START/STOPP**-knappen til de tre strekene i displayet forsvinner.

Det står nå **STOPPET** i displayet. Pumpa er ikke i gang og gir ikke medisin.

4



Ta pumpa med kassetten ut av bærestyret.

Plasser pumpa på et stødig underlag.

2




Deretter slår du av pumpa, ved å holde inne **PÅ/AV**-knappen til de tre strekene i displayet forsvinner.

5

Stikk en mynt i kassettlåsen og dreii den med klokka. Fjern kassetten fra pumpens opphengingstapper.

3



Koble fra kassettslangen fra sondekoblingen. Det er viktig at du vrir på kassettslangen og ikke sondekoblingen når du skrur dem fra hverandre. Skru hetta på sondekoblingen slik at gelen ikke lekker ut.


6

På kvelden må sondesystemet skylles. Se neste side.

Brukte kassetter returneres til apoteket for destruksjon.

Skylling av sondesystemet

7




Skru fast en WW-adapter/mellomstykke til den lange delen på sondekoblingen.

Skyll via den grønne inngangsporten daglig med minst 20 ml romtemperert vann fra springen eller drikkevann.

Det er viktig med gode rutiner for skylling for å unngå tette sonder.

- PEG/J-sonden har en sondekobling med to åpninger. Den lange delen går til tynntarmen og sideåpningen går til magen.
- Skyll PEG/J-sonden (via den grønne "i" inngangsporten) daglig med minst 20 ml romtemperert vann fra springen eller med drikkevann.
- Når du skyller er det helt normalt at de første milliliterne går litt tregt, men deretter blir det mindre motstand.
- Sprøyta og WW-adapteren kan brukes flere ganger.

8



Skru på hetta på sondekoblingen, slik at gelen ikke lekker ut.

9

Skyll PEG/J-sonden (via den hvite, blå eller lilla "g" porten) daglig med minst 20 ml romtemperert vann fra springen eller drikkevann og etter at den er blitt brukt til mating.

Husk




- PEG/J-sonden skal ikke brukes til å gi noe annet enn Duodopa med mindre legen har bestemt noe annet.
- Samle opp brukte Duodopa-kassetter og lever dem på apoteket for destruksjon. **IKKE** bruk en medisinkassett i mer enn 24 timer etter den er tatt ut fra kjøleskapet, og kast alle ubrukte rester.

Stell av stomien

Det lille hullet som blir laget på magen under PEG/J-inngrepet kalles en stomi. Stomiområdet bør kontrolleres regelmessig den første uken etter plassering og bør holdes rent og tørt ved bruk av aseptisk teknikk eller i henhold til sykehusets retningslinjer. Stomiområdet bør renses daglig og holdes tørt til enhver tid.


Når stomiområdet har tilhelet bør PEG/J-sonden mobiliseres. Det anbefales at grundig opplæring blir gitt i hvordan stomien bør stelles. Beskrivelsen på denne siden kan brukes som en huskeliste, og rådene gjelder **ETTER** at stomien har grodd.




Skyv PEG/J-sonden forsiktig 3-4 cm inn i magen (stomi) og beveg sonden i en toveis bevegelse (forover og bakover) hver gang kompress/bandasje blir byttet.

Pass på at du ikke roterer PEG/J-sonden under pleie og vask, da dette kan føre til vridning på intestinalsonden.

Det er viktig at sonden beveges fritt i stomien for å hindre at den indre stoppeplaten vokser fast i magesekken ("buried bumper syndrom")



Når stomiområdet har tilhelet bør PEG/J-sonden mobiliseres



Trekk forsiktig i PEG/J-sonden inntil motstand kjennes, fest fikseringsplaten på plass med 5-10 mm klarering.

Du fester fikseringsplaten ved å legge sonden ned i sporet på platen og stenge den blå låsen.


Dusj og svømming



Når stomien har grodd kan pasienten dusje og svømme. Husk at pumpe ikke er vanntett. Det betyr at den må kobles fra når pasienten skal dusje eller svømme.

Når pumpen ikke er tilkoblet vil det ikke være tilførsel av legemiddel. Symptomene kan da oppleves å bli verre.

Tørk området rundt stomien forsiktig før sonden kobles til kassettslangen igjen.



Nyttige tips



Husk at pumpe **IKKE** er vanntett, og må kobles fra ved dusjing og svømming.

Hjelpemidler

Det finnes ulike typer bærestyr for Duodopa-pumpa. Disse er utformet på en måte som gjør at pumpa sitter nært inntil kroppen.



1 Tettsittende vest
En tettsittende, lett vest med glidelås til bruk under klær



2 Hofteveske



3 Belte Et fleksibelt og lett belte til bruk over eller under klær





Annet utstyr

G-tube holder

Til beskyttelse av sonden om natten, i svømmehallen etc.



Praktisk informasjon

Oppbevaring av Duodopa



Duodopa-gelen leveres i ferdigfylte harde beskyttende plastkassetter.

- Hver kassett inneholder 100 ml. Kassetten kommer i kartong med 7 kassetter. Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8 °C).
- Oppbevar kassetten i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
- Legemiddelkassetten er kun til engangsbruk og kan brukes i opptil 24 timer når det er tatt ut fra kjøleskap. Kast alle ubrukte rester. Bruk ikke en åpent kassett på nytt.
- Ikke bruk medisinkassetten etter utløpsdatoen som er angitt på ytterkartongen. Datoen henviser til den siste dagen i den aktuelle måneden.
- Gelen kan bli lys gul. Dette påvirker ikke legemiddelkonsentrasjonen eller behandlingen.
- Brukte medisinkassetter bør ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til apoteket for destruksjon.

Vedlikehold av pumpe



Følg disse enkle rådene for vedlikehold av pumpe.

1. Pumpe bør rengjøres jevnlig med en myk klut som ikke loer.
2. Fukt kluten i såpevann og tørk av pumpe på utsiden.
3. Tørk pumpe med en annen myk klut som ikke loer.
4. Sørg for at pumpe er ordentlig tørr før den tas i bruk igjen.

Pumpe skal aldri legges i vann eller bløtlegges.



På reise med Duodopa

Informert og diskuter følgende med pasienten i forkant av ferien:

- Sørg for å ha nok kassetter med for den tiden pasienten skal være borte hjemmefra.
- Kassetter må transporteres nedkjølt, 2-8 °C. Kassetten må holdes kjølig under reise. Kjøleelementer er et eksempel på hvordan kassetten kan holdes kjølig ved korte reiser.
- Husk at bagasje kan bli forsinket ved flyreiser. Ha derfor alltid med kassetter til et par ekstra dager i håndbagasjen.
- Sjekk mulighet for oppbevaring av kassetten i kjøleskap på overnattingssteder uten kjøleskap på rommet.
- Stomien bør være grodd før reisen. Sjekk gjerne stomi, sonde og koblinger før reisen.
- Viktig med kontaktinfo til sykehuset, slik at de kan kontaktes ved behov. Mange problemer kan løses på telefonen.

Referanser: Duodopa SPC, avsnitt 6.3 og 6.4, sist godkjent 27.10.2023. Utover dette er informasjonen basert på klinisk erfaring og er kun en anbefaling.

Knappene på pumpa



Her finner du en oversikt over hva de forskjellige knappene på pumpa er til. En beskrivelse av hvordan du setter i gang pumpa og hvordan doseringen av Duodopa startes, finner du på side 7.


Brukes til å bekrefte (lagre) en ny verdi i pumpens minne ved å programmering av infusjon eller pumpeinnstillinger eller til å slette verdier fra skjermen som registrerer data

Starter og stopper pumpens infusjon. Stopper også alarmer

Leverer morgendosen

Slår pumpa av og på

Leverer forhåndsinnstilt ekstradose



Brukes for å gå fremover i pumpas program. Skrur også av alarmer

Brukes til å fylle slangen med Duodopa

Øke en verdi

Redusere en verdi

Referanse: Operatormanual for CADD-Legacy Duodopa Pumpe, juli 2018.

Pumpealarmer



Pumpa har flere ulike alarmer med ulike toner. De vanligste alarmene skyldes lavt batteri eller høyt trykk, en såkalt okklusjon. Ta kontakt med AbbVie Support eller gå inn på Duodopa.no hvis du får en alarm du ikke finner en løsning på. I denne tabellen har vi listet opp de vanligste pumpealarmene.

GENERELT OM PUMPEALARMER

Når alarmen går, kikker du først i displayet for å se hva alarmen skyldes. Deretter trykker du **NESTE**- eller **START/STOPP**-knappen for å stenge av alarmen i ca. to minutter.

De vanligste feilmeldingene/alarmer på pumpa

Melding displayet	Dette hører du	Årsak	Handling
Feil	To-tonet alarm	En feil har oppstått.	Kontakt AbbVie Support
[Ingen melding]	To-tonet alarm	Batteriene har blitt fjernet når pumpa har vært i gang. Pumpa er nå stoppet og har ikke strøm. Eller batteriene ble fjernet innen ca. 15 sekunder etter stans av pumpa.	Sett inn nye batterier for å slå av alarmen.
Okklusjon Sjekk iv slangen	To-tonet alarm	Pumpa har registrert høyt trykk i slange-/sondesystemet. Det kan være forårsaket av en knekk på sonden, den røde proppen eller en lukket sondeklemme.	Fjern blokkeringen for å fortsette driften. Eller trykk NESTE eller START/STOPP for å stanse pumpa og slå av alarmen i 2 minutter. Fjern blokkeringen og start pumpa igjen.

Referanse: Operatørmal for CADD-Legacy Duodopa Pumpe, juli 2018.

De vanligste feilmeldingene/alarmer på pumpa



Melding displayet	Dette hører du	Årsak	Handling
INF KasVol Snart tom	Tre enkle signaler	Kassettvolumet er lavt. Pumpa alarmerer kun om kassettvolum benyttes.	Bytt kassett umiddelbart.
Mangler kassett Kan ikke startes	To-tonet alarm	Du har prøvd å starte pumpa uten at kassetten er ordentlig tilkoblet. Kassetten må være ordentlig tilkoblet for at pumpa skal fungere.	Trykk START/STOPP eller NESTE for å stanse alarmen. Kassetten kobles ordentlig til. Trykk START/STOPP for å starte pumpa igjen.
Kassettvolum tomt	To-tonet alarm	Kassettvolumet har nådd 0,0 ml. Pumpa alarmerer kun om kassettvolum benyttes.	Trykk START/STOPP eller NESTE for å slå av alarmen. Bytt til en ny kassett om nødvendig og tilbakestill kassettvolumet.
SvaktBat	Tre to-tonede alarmsignaler hvert femte minutt	Batteriene er svake, men pumpa fungerer fortsatt.	Bytt batteriene umiddelbart. Hold inne START/STOPP -knappen for å starte pumpa igjen.
Service innen Se manual	To-tonet alarm	Pumpa er programmert for service.	Pumpa fungerer fortsatt. Ta kontakt med AbbVie supporttjeneste.

Referanse: Operatørmal for CADD-Legacy Duodopa Pumpe, juli 2018.

Bytte av batteri

I pumpa sitter det to vanlige LR6/AA-batterier og disse må byttes jevnlig. Pumpa gir fra seg en alarm når batterinivået begynner å bli lavt og det er på tide å skifte batterier.

- 1 Stopp pumpa ved å holde inne **START/STOPP**-knappen
- 2 Snu pumpa og fjern batterilokket ved å trykke ned og holde inne pilknappen på lokket mens lokket skyves av
- 3 Fjern de brukte batteriene. Ved å dra i enden av batteristroppen vil batteriene lettere kunne fjernes
- 4 Sett inn de nye batteriene slik at +/- merkingen tilsvarer merkingen inni batterikammeret. Pumpa vil pipe når batteriene er satt inn riktig
- 5 Sett batterilokket på igjen. Pumpa skrus automatisk på og går gjennom en selvtest. Pumpen piper 6 ganger ved avslutningen av oppstartingssekvensen. Ikke bruk oppladbare batterier i pumpa. Disse gir ikke nok strøm til at pumpa fungerer som den skal
- 6 Start medisineringen igjen ved å holde inne **START/STOPP**-knappen til de tre strekene forsvinner i displayet



Hva med bivirkninger?

Som alle legemidler kan Duodopa forårsake bivirkninger. På side 23 er det listet opp de bivirkningene som forekommer hyppigst med Duodopa-systemet. De fleste av disse bivirkningene ble rapportert tidlig i studiene, etter perkutan endoskopisk gastrostomi-inngrep og forekom i løpet av de første 28 dagene.

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på hjemmesiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/meldeskjema

Hva hvis effekten av behandlingen endres?

Parkinsons sykdom fortsetter å utvikle seg også under behandling med Duodopa. Derfor kan effekten gradvis endre seg. Pasienten bør derfor gå til jevnlige kontroller slik at doseringen eventuelt kan justeres.

Hvis effekten av Duodopa plutselig endres og symptomene på Parkinsons sykdom forverres, er det viktig at pasienten informeres om å kontakte sykehuset for oppfølging.



Hva hvis det tas for mye Duodopa?

Be pasienten ta kontakt med **lege, sykehus** eller **Giftinformasjonen** (tlf. 22591300) hvis pasienten har fått i seg for mye legemiddel eller hvis barn ved et uhell har fått i seg legemiddelet.

For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Be pasienten ta med pakningen. De mest uttalte kliniske symptomene ved en overdosering med levodopa/karbidopa er dystoni og dyskinesi. Ukontrollerte muskelrykninger som påvirker øynene (blefarospasme) kan være tidlig tegn på overdosering.

Hva skjer hvis pasienten glemmer å ta Duodopa?

Hvis pasienten har glemt å starte pumpen på morgenen:

- Starte pumpa med normaldose, så snart som mulig
- Ikke øk dosen som erstatning for en glemt dose

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Duodopa® (levodopa/karbidopa intestinalgel)

Advarsler/forsiktighetsregler

- Før behandling starter bør pasienter evalueres for historie med eller symptomer på polyneuropati og kjente risikofaktorer, og deretter regelmessig. Vær oppmerksom på vitamin B6- og B12-mangel
- Før behandling startes opp, bør pasienter og omsorgspersoner advares om den potensielle risikoen for å utvikle Dopaminergt dysreguleringsyndrom DDS
- Sjekk regelmessig for impulskontrollforstyrrelser og mentale forandringer

Bivirkninger – svært vanlige

Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte:

- Abdominale smerter
- Komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret
- Overflødig granulasjonsvev
- Erytem på innsettelsesstedet
- Postoperativ sårinfeksjon
- Postoperativ væsning
- Inngrepssmerter
- Reaksjon på inngrepsstedet

Legemiddelrelaterte:

- Kvalme
- Dyskinesi, Parkinsons sykdom
- Urinveisinfeksjon
- Vekttap
- Orostatisk hypotensjon
- Angst, depresjon, insomni
- Fall

Kontraindikasjoner:

- Trangvinkelglaukom
- Alvorlig hjertesvikt
- Alvorlig hjertearytmi
- Akutt slag
- Ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontraindisert for bruk sammen med Duodopa. Disse må seponeres minst 2 uker før oppstart av behandling med Duodopa
- Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feocromocytom, hypertyreose og Cushings syndrom
- Ved mistanke om udiagnostisert hud lesjon eller tidligere melanom

Utvalgt produktinformasjon Duodopa® (levodopa/karbidopa intestinalgel)

Indikasjon: Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og dyskinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

Dosering: Den totale døgndosen av Duodopa består av tre individuelt innstilte doser: bolusdose om morgenen, kontinuerlig vedlikeholdsdose og ekstra bolusdoser administrert i løpet av ca. 16 timer. Behandling administreres vanligvis i løpet av tidsrommet pasienten er våken. Dersom medisinsk begrunnet kan Duodopa administreres i opptil 24 timer.

Pakninger og priser: 7 × 100 ml 1 (PVC-pose i plastkassett) kr.9032,40. For siste oppdaterte pris se felleskatalogen.no.

Finansiering: Duodopa finansieres gjennom de regionale helseforetakene (RHF-ene) der rekvirering skal gjøres i tråd med anbefalingene. Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist med rekvisisjonsrett for H-reseptordningen. 222 En blå resept kan ekspederes med H-resept som hjemmel hvis resepten er forskrevet før legemiddelet ble overført til H-reseptordningen. ATC kode: N04B A02 Reseptgruppe: C.

For mer utfyllende informasjon om indikasjon, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se [Felleskatalogen.no](https://www.felleskatalogen.no)



AbbVie Supporttjenesten

Bistår med støtte og support for å sikre riktig legemiddelbruk. E-post og telefonstøtte for helsepersonell, pasienter og pårørende.

For helsepersonell:

Ved behov for undervisning, bistand eller spørsmål relatert til behandling.

For pasienter og pårørende:

Ved spørsmål relatert til pumpe og utstyr.



407 60 813

Se duodopa.no for åpningstider



supporttjeneste@abbvie.com



duodopa.no